


Gebrauchsanweisung

MAXX 250

Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung vor Einsatz des Systems aufmerksam durch und beachten Sie die **Warnhinweise!**

Produktname	MAXX 250
Lieferumfang	<ul style="list-style-type: none">• Dekubitustherapie-Schwerlastmatratze mit Schaumkern• PU-Bezug (abnehmbar per Reißverschluss)•  Gebrauchsanweisung (V06), weitere Sprachen für die Gebrauchsanweisung finden Sie hier: manuals.funke-medical.eu
Indikationen / Anwendungsbereiche	<ul style="list-style-type: none">• Dekubitusprophylaxe• Dekubitustherapie bis Grad 4 (Seiler/EPUAP)• Schmerztherapie• Für Patienten mit sehr hohem Dekubitusrisiko
Kontraindikationen	Keine bekannt
Zulässiges Patientengewicht/Körpergröße min. - max.	40 - 250 kg
Material	<ul style="list-style-type: none">• Kern: PU-Schaumstoffe• Bezug: PU-beschichtetes PES-Trägermaterial
Abmessungen	Breite: 90 - 140 cm; Länge: 200 cm
Gewicht des Produkts	Ca. 18 kg (90/200 cm)
Hilfsmittelnummer (i.S. §139 SGB V)	11.29.05.0026
Medizinprodukt	Klasse 1, MDR 2017/745 
Technische Sicherheit / Schwerentflammbarkeit	Prüfung der Schwerentflammbarkeit nach DIN EN 597 I + II, BS 7175 sec 3 crib 5, BS 7177
Prüfung auf toxikologische Unbedenklichkeit / Biokompatibilität	DIN EN ISO 10993-5, DIN EN ISO 10993-1, DIN EN ISO 10993-10
Warnhinweise	<ul style="list-style-type: none">• Vor der ersten Anwendung muss die Vorbereitung des Systems für den ersten Einsatz durchgeführt werden (siehe "Vorbereiten des Systems für den Einsatz").• Für verstellbare Liegeflächen geeignet• Oberkante Seitengitter mindestens 22 cm über der unbelasteten Matratzenoberkante
Garantie	5 Jahre auf die funktionellen Eigenschaften des Schaumkerns (Pro-Rata-Garantie)
Wartung	Keine
Reinigungsanleitung (Matratzenbezug)	<ol style="list-style-type: none">1. Grundsätzlich kann der Bezug durch den Anwender/Händler in Eigenverantwortung gereinigt werden. Wahlweise durch eine Wischdesinfektion mit handelsüblichen Desinfektionsmitteln aus Isopropanol (z.B. Bacillo) oder mit anderen geeigneten DGHM-gelisteten Produkten (z.B. ECOLAB-Reinigungstuch Incidin OxyWipe S XL) gereinigt werden. Eine chemothermische Reinigung ist möglich.2. Alternative Reinigung innerhalb Institutionen: Der Bezug kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wieder aufbereitet werden. In jedem einzelnen Fall (1 + 2) ist damit der Bezug für den Wiederansatz bereit. ACHTUNG: Ist eine sichtbare Verschmutzung nicht zu entfernen und/oder sichtbare Beschädigungen vorhanden, muss der Bezug entsprechend nationaler Vorschriften entsorgt werden. 
Reinigungsanleitung (Kern)	<ol style="list-style-type: none">1. Grundsätzlich kann der Schaumkern durch den Anwender/Händler in Eigenverantwortung gereinigt werden. Der Schaumkern ohne Bezug kann mit handelsüblichen Mitteln gereinigt werden. Dies ist durch ein Durchtränken der kontaminierten Stelle oder Besprühen des gesamten Schaumkerns mit einem Desinfektionsmittel (z.B. Bacillo) oder ECOLAB-Schaumspray Incidin OxyFoam S bestehend aus Wasserstoffperoxid) zu erreichen. Danach muss der Schaumkern an der Luft getrocknet werden.2. Alternative Reinigung innerhalb Institutionen: Der Schaumkern kann durch Autoklavieren gemäß Richtlinien des RKIs wieder aufbereitet werden. In jedem einzelnen Fall (1 + 2) ist damit der Schaumkern für den Wiederansatz bereit. ACHTUNG: Ist eine sichtbare Verschmutzung nicht zu entfernen und/oder sichtbare Beschädigungen vorhanden, muss der Bezug entsprechend nationaler Vorschriften entsorgt werden.
Vorbereiten des Systems für den Einsatz	<ol style="list-style-type: none">1. Das Produkt ist zur Anwendung im häuslichen und institutionellen Bereich vorgesehen und geeignet.2. Entnehmen Sie die Matratze sofort nach Erhalt aus dem Karton.3. Legen Sie die Matratze in das Bett.4. Beachten Sie den Aufdruck auf der Matratzenoberseite "THIS SIDE UP".

RKI = Robert-Koch-Institut; DHGM = Deutsche Gesellschaft für Hygiene und Mikrobiologie; Autoklavieren = Fraktioniertes Vakuumverfahren bei 105 Grad C und 55 Minuten

 Hersteller im Sinne der MDR 2017/745

Funke Medical GmbH • Ahrenfeld 10 • 46348 Raesfeld • Tel.: +49-2865-266 93 50 • Fax: +49-2865-8133 • qm@funke-medical.de • www.funke-medical.de

Download: 12.04.2023 10:53